

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO VETERINÁRIO (RTI)

REGISTRO MAPA

Produto isento de registro MAPA de acordo com art. 44 do regulamento aprovado pelo Decreto 5053 de 22/04/2004, IN 37 de 08/09/1999.

PRODUTO EXCLUSIVO PARA USO VETERINÁRIO

DADOS DO PRODUTO

Nome técnico: Cateter Intravenoso Periférico

Matéria Prima: Etileno propileno fluorado (FEP), aço inoxidável (AISI 304), polipropileno, polietileno de alta densidade (PEAD) e teflon em poliacetal/polióxido de metileno (POM)

Produto Estéril: (x) Sim () Não

Método de Esterilização: Óxido de Etileno

Validade: 5 anos

FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO

DESCRIÇÃO

O cateter intravenoso periférico é um dispositivo médico que permite acesso ao sistema circulatório, para que sejam introduzidos fluídos, medicamentos e/ou que sejam removidas amostras de sangue.

INDICAÇÃO DE USO

Indicado o uso em Infusões de soluções intravenosas, administração intermitente intravenosa de medicamentos e manutenção da hidratação e/ou correção da desidratação em caso de o paciente não estar hábil a receber o volume de fluídos necessário por via oral.

INSTRUÇÕES DE USO

- A sua utilização requer técnica especializada, sendo de uso exclusivo do profissional da área médica;
- Necessário realizar a tricotomia na região onde for aplicado;
- Prepare assepticamente o local de punção;
- Selecione o tamanho adequado do cateter intravenoso e inspecione visualmente para verificar se a embalagem está intacta;
- Realizar a contenção adequada do paciente para evitar acidentes;
- Leve garrote no membro a ser puncionado, não ultrapassar 1 minuto;

- Retire o cateter da embalagem estéril e remova a tampa da agulha;
- Segure o cateter na tampa da porta de injeção e na projeção fornecida no canhão;
- Realize a punção venosa e verifique se há retorno de sangue na câmara de retorno;
- Avance o cateter na veia e simultaneamente retire a agulha. Nunca tente reinserir a agulha uma vez retirada;
- Retire a agulha completamente enquanto pressiona a veia logo após a ponta do cateter e descarte a agulha em um recipiente apropriado;
- Conecte a linha de infusão Intravenosa ou um conector (PRN/Valvulado);
- Cubra o local da punção com curativo;
- Realize monitoramento de rotina e manutenção do local da punção venosa de acordo com as normas médicas;
- Tempo de permanência não deve ultrapassar 72 horas;
- Destinar ao lixo hospitalar após o uso.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Comprimento: 19mm (1.9cm);
- Calibre: 26G (0.405mm);
- Fluxo: 13ml/min.

APRESENTAÇÃO COMERCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
CVP26GRTI	CATETER IV PERIF. 26GX19MM (FEP-TEFLON-72H) 1UN (RTI)

FOTO



COMPOSIÇÃO

- Cateter: Etileno propileno fluorado (FEP);
- Agulha: Aço inoxidável (AISI 304) com bisel trifacetado em “back cut” (promove deslizamento suave);
- Câmara de retorno: Polipropileno;
- Encaixe luer lock (rolha rosqueada): Polietileno de alta densidade (PEAD);
- Canhão da agulha: Polipropileno;
- Corpo (alojamento das abas): Polipropileno com codificação de cores para visualização do tamanho do cateter;
- Suporte: Teflon em poliacetal/polióxido de metileno (POM);
- Tampa da agulha: Polipropileno.

PRECAUÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES

- Não recomendado o uso para profissionais não capacitados;
- Não utilizar em casos de sensibilidade a algum componente do cateter;
- Em caso de reação alérgica ou qualquer outro efeito adverso o uso do cateter deve ser suspenso imediatamente;
- Não deve ser usado para administração de fluídos muito viscosos;
- Não deve ser utilizado para transfusões de sangue de grande volume;
- Não deve ser reutilizado ou reesterilizado;
- A reutilização irá causar contaminação cruzada;
- Não ultrapassar a permanência de 72 horas;
- Descartar em lixo hospitalar após o uso.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

O produto deve ser armazenado em local de boa ventilação, limpo, ao abrigo de luz, em temperatura ambiente, umidade inferior a 70%, livre de contaminação e sem nenhum gás corrosivo.

FORMA DE APRESENTAÇÃO DA EMBALAGEM

Embalagem primária: Blisters de PVC lacrados com papel de grau médico.
Embalagem secundária: Caixa de papel cartão.

DISTRIBUÍDO POR:**ROYAL TECH DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E VETERINÁRIA - LTDA**

Rua Professor João Soares Barcelos, 2085 - Hauer - Curitiba - PR

CEP: 81670-080 - CNPJ: 25.239.410/0001-10

SAC (41) 99740-5140/ 3011-5509

Site: www.royaltechimport.com.br

E-mail: royaltech.vet.import@gmail.com

Resp. Téc.: Mv. Nicolas M. Pereira CRMV-PR 11.051

FABRICANTE:

Produto fabricado na Índia.